
Syntac®



***Indirect Restorations:** When cementing lab-fabricated inlays, crowns or veneers with low-viscosity, light- or dual-curing luting composites, Heliobond should not be light-cured separately.

***Indirekte Füllungstherapie:** Bei der Befestigung von laborgefertigten Inlays, Kronen oder Veneers mit dünnfliessenden, licht- oder dualhärtenden Befestigungscomposites sollte Heliobond nicht separat lichtgehärtet werden.

CE 0123

Ivoclar Vivadent AG, FL-9494 Schaan/Liechtenstein

See Instructions

573987/2012-10-22

ivoclar vivadent clinical